

Accreditatiespecificatie RvA

Accreditatie van inspectie-instellingen (EN-ISO/IEC 17020)

Document code: ASR102-NL

Versie 1.0, datum inwerkingtreding: 15-09-2025

Inhoud

Inleiding	3
1 Relevante documenten	3
1.1 Norm die voor accreditatie gebruikt wordt	3
1.2 Aanvullende documenten	3
1.3 Aanvullende documenten (informatief).....	3
1.4 Documenten m.b.t. de uit te voeren conformiteitbeoordelingen.....	3
1.5 Specifieke wet- en regelgeving.....	3
2 Scope van accreditatie	3
3 Accreditatiebeoordelingen	4
3.1 Te verstrekken documenten	4
3.2 Aard en inhoud van de beoordelingen	4
4 Specifieke aandachtspunten voor de RvA beoordeling	4
4.1 Niet-geaccrediteerde ondersteunende activiteiten	4
4.1.1 Uitvoeren van laboratoriumtesten door inspectie-instellingen.....	5
4.2 Monsterneming	5
5 Andere informatie	5
6 Organisaties welke geïnformeerd moeten worden	5
7 Wijzigingen t.o.v. voorgaande versie:	5
Bijlage A: Te verstrekken documenten	6
Bijlage B: Werkterreinen RvA	8
Bijlage C: Voorbeelden van A-afwijkingen	9

Inleiding

Dit is de Accreditatiespecificatie RvA (ASR) die gaat over accreditatie van inspectie instellingen volgens de norm EN-ISO/IEC 17020.

Aanvullend op deze ASR kan er een ASR zijn voor een specifiek werkterrein binnen inspectie, waarin voor dat werkterrein relevante aspecten nader zijn uitgewerkt.

1 Relevante documenten

1.1 Norm die voor accreditatie gebruikt wordt

- EN-ISO/IEC 17020; Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

1.2 Aanvullende documenten

- ASR001 Overzicht documenten RvA, EA, ILAC en IAF

De actuele versie van dit document geeft het overzicht van de relevante RvA, EA, ILAC en IAF documenten, zowel verplicht als informatief, van toepassing op accreditatie voor de EN-ISO/IEC 17020. De documenten kunnen worden gedownload van de website van de desbetreffende organisatie(s): IAF (www.iaf.nu), ILAC (www.ilac.org), EA (www.european-accreditation.org), RvA (www.rva.nl).

1.3 Aanvullende documenten (informatief)

Voor deze norm zijn geen informatieve documenten van toepassing behalve de documenten genoemd in ASR001.

1.4 Documenten m.b.t. de uit te voeren conformiteitbeoordelingen

De inspectie instelling moet de normatieve documenten waarin de eisen zijn vastgelegd waartegen het te inspecteren object wordt gekeurd eenduidig identificeren.

1.5 Specifieke wet- en regelgeving

In een specifieke ASR wordt hier de wet- en regelgeving genoemd die de betreffende conformiteitsbeoordeling en/of accreditatie verplicht stelt voor het onderwerp van de specifieke ASR.

2 Scope van accreditatie

Specifiek voor de onderhavige accreditatie wordt de scope als volgt geformuleerd. Voor deze norm wordt geen gebruik gemaakt van flexibele scopes.

Tabel 1. Beoogde scope van accreditatie

Werkveld van de inspectie	Soort en omvang van de inspectie	Methoden en procedures
Bijvoorbeeld: - Producten / productgroepen - Installaties / plants - Panden - Voortbrengingsprocessen - Diensten	Bijvoorbeeld: - Ontwerpbeoordeling - Herkeuring - Periodieke inspectie	Bijvoorbeeld: - EG-Richtlijnen - Wettelijk voorschrift - Normen - Specificaties - Eigen methoden

3 Accreditatiebeoordelingen

3.1 Te verstrekken documenten

Ten behoeve van de RvA beoordelingen moet de inspectie instelling het RvA beoordelingsteam voorzien van relevante documenten zoals gespecificeerd in bijlage A.

3.2 Aard en inhoud van de beoordelingen

In aanvulling op de algemene regels voor de aard en omvang van de RvA beoordelingen zoals vastgelegd in RvA-BR001 gelden voor deze specifieke accreditatie de regels uit onderstaande tabel.

De aard en omvang van de beoordelingen hangen af van de aangevraagde scope van accreditatie, een mogelijk reeds bestaande accreditatie en het functioneren van de instelling in het verleden (waar van toepassing) en risico's.

Methoden van beoordelen	Initiële beoordeling ⁽¹⁾	Reguliere beoordelingen in de accreditatiecyclus ⁽²⁾	Scope uitbreiding ⁽¹⁾⁽³⁾
Vooronderzoek	√		√
Documentenbeoordeling			Indien van toepassing
Kantooronderzoek	√ (klanten)dossiers: tenminste 2 dossiers per (cluster van) verrichting(en) + Competentie dossiers: 25%; tenminste 2 competentie dossiers per (cluster van) verrichting(en)	√ Tweemaal in de cyclus per (cluster van) verrichting(en): (klanten)dossiers: 1/4√n; tenminste 2 dossiers + Competentie dossiers: 25%; tenminste 2 competentie dossiers	√ (klanten)dossiers: Tenminste 2 dossiers ^(*) per (cluster van) verrichting(en) + Competentie dossiers: 25%; tenminste 2 competentie dossiers per (cluster van) verrichting(en)
Bijwoning uitvoering werkzaamheden ⁽⁴⁾	Minimaal 1 per (cluster van) verrichting(en)	Minimaal 2 per (cluster van) verrichting(en) in de cyclus	Afhankelijk van de bestaande scope van accreditatie

(1) Indien een CBI nog niet is aangemeld/aangewezen voor deze werkzaamheden en dat wel een vereiste is vanuit wet- en regelgeving, kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de Tijdelijke accreditatie onder beperkende voorwaarden, overeenkomstig BR001.

(2) Een accreditatiecyclus bestaat uit een periode van vier jaar, die start nadat een besluit over een initiële of herbeoordeling is genomen; de cyclus omvat daarmee de controlebeoordelingen en de herbeoordeling in deze periode.

(3) Op basis van de aanvraag zal de RvA bepalen hoe de beoordeling van de uitbreiding uitgevoerd gaat worden.

(4) In de regel wordt een volledige activiteit bijgewoond, tenzij de doelstellingen voor de beoordelingsactiviteit ook kunnen worden behaald met een gedeeltelijke bijwoning.

4 Specifieke aandachtspunten voor de RvA beoordeling

4.1 Niet-geaccrediteerde ondersteunende activiteiten

Wanneer een instelling activiteiten in eigen beheer uitvoert in het kader van geaccrediteerde activiteiten, waarvoor ze niet apart is geaccrediteerd, kan de RvA een beoordeling uitvoeren. De frequentie en omvang van de beoordeling van deze activiteiten zijn onder andere afhankelijk van de mate waarin een instelling kan aantonen dat zij deze activiteiten zelf beoordelen tegen de relevante criteria. De activiteiten die hier worden bedoeld zijn:

- Kalibratie van meetinstrumenten door inspectie-instellingen;
- Uitvoeren van laboratoriumtesten door inspectie-instellingen;

4.1.1 Uitvoeren van laboratoriumtesten door inspectie-instellingen

Een inspectie-instelling kan als onderdeel van een inspectie testen uitvoeren waarvoor geen aparte EN-ISO/IEC 17025-accreditatie is verkregen. Als dit het geval is, zal de RvA, in sommige gevallen, in haar beoordeling de relevante eisen uit de EN-ISO/IEC 17025 meenemen in lijn met ILAC G27. Dit is in ieder geval van toepassing als het testresultaat het eindresultaat van de inspectie kan beïnvloeden en dus kritisch is voor het inspectie-resultaat. Van de inspectie-instelling wordt verwacht dat de keuze om wel of niet deel te nemen aan een PT en/of ILC is gebaseerd op een analyse van de risico's die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van de testresultaten.

4.2 Monsterneming

Indien monsterneming onderdeel is van het werk van de inspectie-instelling, wordt RvA-T021 / ASR010 toegepast.

5 Andere informatie

Niet van toepassing op deze algemene ASR.

6 Organisaties welke geïnformeerd moeten worden

Niet van toepassing op deze algemene ASR.

7 Wijzigingen t.o.v. voorgaande versie:

- Dit is de eerste versie van dit document als ASR document. Hiermee is Specifiek Accreditatie Protocol I000 komen te vervallen.
- Ten opzichte van Specifiek Accreditatieprotocol I000 zijn de volgende wijzigingen toegepast: Dit document is omgezet naar het sjabloon dat de RvA voor Accreditatiespecificaties gebruikt
- In 1.2 en 1.3 wordt verwezen naar de ASR001, het document dat een overzicht geeft van alle relevante publicaties van de RvA, EA, ILAC en IAF per norm voor accreditatie.
- In paragraaf 3.1 wordt naar bijlage A voor het aanleveren van documenten voor de verschillende soorten beoordelingen.
- Document T021 wordt in de toekomst vervangen door document ASR010. Deze referentie is alvast toegevoegd in 4.2.
- Bijlage A is een samenvoeging van de informatie die op de website van de RvA wordt gevraagd voor initiële beoordelingen en uitbreidingen en de informatie uit ingetrokken beleidsregel BR005 voor controlebeoordelingen, herbeoordelingen en bijwoningen.
- Bijlage B geeft aan voor welke werkterreinen de RvA accreditatie kan verlenen voor deze norm. Deze tekst komt uit ingetrokken beleidsregel BR010.
- Bijlage C geeft voorbeelden van A-afwijkingen voor dit type accreditatie. Deze tekst komt uit ingetrokken beleidsregel BR004.

Bijlage A: Te verstrekken documenten

Te verstrekken documenten EN-ISO/IEC 17020	Initiële beoordeling	Uitbreiding	Controle-beoordeling	Herbeoordeling	Bijwoning
1. Ingevuld RvA aanvraagformulier (F001a)	√				
2. Ingevuld RvA aanvraagformulier uitbreiding of wijziging scope (F105)		√			
3. Ingevuld RvA aanvullend aanvraagformulier inspectie (F005)	√	√			
4. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);	√	√		√	
5. Een organisatieschema en beschrijving van uw organisatiestructuur;	√	√			
6. Kwaliteitshandboek en algemene managementsysteemprocedures;	√	√	√	√	
7. Een kruisverwijzingstabel waarin de relatie wordt gelegd tussen de eisen uit EN-ISO/IEC 17020 en uw kwaliteitssysteem;	√	√	√	√	
8. Rapportage(s) van recente interne audit(s) (niet ouder dan 6 maanden)	√	√			
9. Rapport van de meest recente managementreview (niet ouder dan 6 maanden)	√	√			
10. De van toepassing zijnde normatieve documenten en methoden, met de bijbehorende werkinstructies	√	√			
11. Algemene procedures die zijn ontwikkeld of aangepast (en niet opgenomen in handboek)	√	√			
12. Competentie-eisen en kwalificatieprocedure	√	√			
13. De analyse van de onpartijdigheidsrisico's zoals bedoeld in ISO/IEC 17020, paragraaf 4.1.3.	√	√			
14. Een voorbeeld van inspectierapport en inspectiecertificaat (niet van toepassing op monstername)	√	√			
15. Bevoegdheidsverklaringen, indien van toepassing voor monstername (bijvoorbeeld AS1000/2000)	√	√	√	√	√
<p>16. Indien sprake is van externe schemabeheerder: Eigen beoordeling van het schema, zoals toegelicht in ASR007 in combinatie met een aanvraag tot schema-evaluatie (F207)</p> <p>Als de specifieke versie van het schema waarvoor accreditatie wordt aangevraagd, opgenomen is in de lijst met schema's waarvoor de RvA accreditatie kan verlenen (zie RvA-BR010-lijst), dan is een nieuwe aanvraag tot schema-evaluatie niet noodzakelijk</p>	√	√			

Te verstrekken documenten EN-ISO/IEC 17020	Initiële beoordeling	Uitbreiding	Controle- beoordeling	Herbeoordeling	Bijwoning
17. De werkvoorschriften en procedures voor alle aangevraagde inspecties			√	√	√
18. Aangepast hoofdstuk 1 van het Rapport Deel A voor deze accreditatie			√	√	
19. Inspectieopdracht, inclusief locatie, duur en naam van contactpersoon (auditee)					√
20. Inspectieformulieren					√
21. Kwalificaties inspecteur/auditor					√
22. Gebruik keurmerken, indien van toepassing					√

Bijlage B: Werkterreinen RvA

Conformiteitsbeoordelingsactiviteiten waarvoor bij de RvA accreditatie kan worden aangevraagd

Activiteiten gemerkt met ^(NL) worden uitsluitend geaccrediteerd bij in Nederland gevestigde instellingen.

Indien de RvA geen actieve accreditaties meer op een werkterrein heeft uitstaan, wordt het werkterrein als (inactief) aangemerkt.

Inspecteren zoals bedoeld in EN-ISO/IEC 17020

WERKTERREINEN

Landbouw, bosbouw en sierteelt, inclusief transport en inclusief duurzaamheidscriteria;
 Vee en veeteelt, inclusief transport en inclusief dierwelzijn- en duurzaamheidscriteria;
 Milieucompartimenten water, bodem, lucht;
 Brandstoffen, chemicaliën, ertsen en mineralen, inclusief transport en opslag;
 Biobrandstoffen inclusief duurzaamheidscriteria;
 Veevoeders, inclusief opslag, distributie en transport en inclusief duurzaamheidscriteria;
 Voeding, grondstoffen voor voedingsmiddelenindustrie, inclusief transport en opslag en inclusief duurzaamheidscriteria;
 Consumentenproducten;
 Metaal en metaalproducten;
 Bouwmaterialen en bouwconstructies;
 Verticaal en horizontaal transport zoals liften, hijs- en hefwerktuigen, funderingsmachines en kranen^(NL);
 Machines, instrumenten, (druk) apparatuur, (elektrische) apparaten, installaties en uitrusting, werktuigen en rail-inframachines;
 Transportmiddelen, voertuigen, opslagruimten en overslaginstallaties;
 Dienstverlening in financiële sector^(NL);
 Administratieve systemen^(NL);

Forensisch onderzoek van materialen.

Europese richtlijnen en verordeningen^(NL):

Zoals vastgelegd in bijlage 2 van ASR006, voor zover de verplichte norm de EN-ISO/IEC 17020 is.

Europese verordeningen^(NL):

- Uitvoeringsverordening betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en –beoordeling: 402/2013/EU;
- Verordening houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong: 853/2004/EG;
- Verordening tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden: 178/2002/EG.

Bijlage C: Voorbeelden van A-afwijkingen

Inspectie instellingen

- a. De instelling kan niet aantonen dat de inspecteur competent is.
- b. De observaties van het team doen twijfel rijzen over de onafhankelijkheid van de instelling (bijvoorbeeld in het geval van aantoonbare vermenging van inspectie en conflicterende activiteiten zoals ontwerp, productie etc. of aantoonbare afhankelijkheid van een ontwerporganisatie).
- c. Bij een inspectie worden essentiële punten gemist of worden waarnemingen onjuist gewaardeerd waardoor de resultaten van de inspectie niet betrouwbaar zijn.
- d. Het accreditatiemerk (of een andere uiting) wordt gebruikt op een wijze die suggereert dat de instelling voor een activiteit is geaccrediteerd terwijl dat niet het geval is.
- e. Toepassen van onjuiste inspectiemethoden of het niet correct toepassen van de voorgeschreven methoden zorgt ervoor dat de inspectieresultaten niet betrouwbaar zijn;
- f. In één of meerdere dossiers ontbreken zoveel van de benodigde registraties dat niet meer kan worden nagegaan dat bij deze klant(en) een betrouwbare inspectie is uitgevoerd.