Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 167**

van **Fugro Netherlands Marine B.V.**
Transducer Workshop

Deze bijlage is geldig van: **17-10-2024** tot **01-11-2028** Vervangt bijlage d.d.: **18-03-2021**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Prismastraat 4
2631 RT
Nootdorp
Nederland

Locatie	Afkorting
Prismastraat 4 2631 RT Nootdorp Nederland	NO

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC[1]	Opmerkingen	Locatie
FQ 0 0	Kracht				
	Drukkracht, Krachtopnemer in Digitale Fugro Cone Penetrometers	(0 – 80) kN	$15\ N + 3 \cdot 10^{-3} \cdot F$	Door vergelijking met krachtopnemer	NO
PV 0 0	Druk en vacuüm				
PV 2 0	Drukopnemer in Digitale Fugro Cone Penetrometers	(0,0 – 40) MPa	$2\ kPa + 0{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot p_e$	Door vergelijking met digitale drukindicatoren	NO
	Drukopnemer in Digitale Fugro Cone Penetrometers	(0,0 – 1,5) MPa	$1\ kPa + 0{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot p_e$		NO
	Overdruk	(0,3 – 70,0) MPa	$0{,}2\ kPa + 0{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot p_e$	Door drukbalans	NO

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

[1] Calibration and Measurement Capability (CMC): Aangetoonde meetonzekerheid, met dekkingswaarschijnlijkheid van 95%, in een gegeven meetpunt of meetgebied. De meetonzekerheid, *U,* wordt berekend overeenkomstig EA-4/02 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration".

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 167**

van **Fugro Netherlands Marine B.V.**
Transducer Workshop

Deze bijlage is geldig van: **17-10-2024** tot **01-11-2028** Vervangt bijlage d.d.: **18-03-2021**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC[1]	Opmerkingen	Locatie
DM 0 0	Geometrische grootheden				
DM 12 0	Hellingsmeter in Digitale Fugro Cone Penetrometers	-10° tot +15°	0,6º	Afwijking t.o.v. verticaal	NO

Opmerking:
$p_e = p - p_{amb}$: p_e is de overdruk, p_{amb} is de omgevingsdruk.