

van **Re5al B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **20-01-2022** tot **01-05-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **27-02-2020**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Meer en Duin 64b
2163 HC
Lisse
Nederland

Locatie	Afkorting
Meer en Duin 64b 2163 HC Lisse Nederland	LI
Op locatie bij de klant	KL

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
TE 0 0	TEMPERATUUR				
TE 4 0	Zelfaanwijzende thermometers				
TE 4 1	Thermometers met uitleeseenheid	-25 °C – 42 °C	0,48 °C	Klimaatkast	LI
		-25 °C – 60 °C	0,20 °C	Vloeistofbad met insert	LI + KL
		-25 °C – 60 °C	0,23 °C	Vloeistofbad	LI + KL
		120 °C – 155 °C	0,54 °C	Heater block	LI + KL
		-90 °C – 155 °C	0,15 °C	Dry block calibrator	LI + KL

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

¹ Calibration and Measurement Capability (CMC): Aangetoonde meetonzekerheid, met dekkingswaarschijnlijkheid van 95%, in een gegeven meetpunt of meetgebied. De meetonzekerheid, *U*, wordt berekend overeenkomstig EA-4/02 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration".