Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 177**

Van **Tanktech B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **03-09-2025** tot **01-01-2027** Vervangt bijlage d.d.: **15-12-2022**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Havenstraat 5
6051 CR
Maasbracht
Nederland

Locatie	Afkorting
Havenstraat 5 6051 CR Maasbracht Nederland	MA
On site	OS

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC[1,2]	Opmerkingen	Locatie
DM	Geometrische grootheden				
DM.08.01	Inhoud (geometrisch) Scheepstanks	0,8 m^3 < V ≤ 2,2 m^3 2,2 m^3 < V ≤ 5 m^3 5 m^3 < V ≤ 250 m^3 V > 250 m^3	0,5 % 0,3 % 0,2 % 0,1 %	- OIML R95 - Meting m.b.v. 3D laserscanner	OS

[1] Calibration and Measurement Capability (CMC): Aangetoonde meetonzekerheid, met dekkingswaarschijnlijkheid van 95%, in een gegeven meetpunt of meetgebied. De meetonzekerheid, *U,* wordt berekend overeenkomstig EA-4/02 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration".
[2] Dit betreft de best haalbare CMC-waarde. De daadwerkelijke CMC-waarde is afhankelijk van de lengte-breedte-verhouding van de scheepstank.

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas