

van **Kenter B.V**
IJklab

Deze bijlage is geldig van: **14-12-2022** tot **01-11-2025**

Vervangt bijlage d.d.: **21-10-2021**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Dijkgraaf 4
6921 RL
Duiven
Nederland

Locatie	Afkorting
Dijkgraaf 19/19A 6921 RL Duiven Nederland	IJK

HCS code	Meetgrootheid, Meetgebied	Frequentie	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
FG 00	GAS STROMING				
FG 10	Gas debiet	0,5 m ³ /h – 2800 m ³ /h	0,17 % – 0,64 %	NEN-EN 12261 NEN-EN 12480	IJK

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

¹ Calibration and Measurement Capability (CMC): Aangevoerde meetonzekerheid, met dekkingswaarschijnlijkheid van 95%, in een gegeven meetpunt of meetgebied. De meetonzekerheid, *U*, wordt berekend overeenkomstig EA-4/02 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration".