Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 186**

van **Acin Instrumenten B.V.**
Kalibratie

Deze bijlage is geldig van: **13-05-2026** tot **01-12-2027** Vervangt bijlage d.d.: **15-08-2024**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Handelskade 76
2288 BG
Rijswijk
Nederland

Locatie	Afkorting
Handelskade 76 2288 BG Rijswijk Nederland	RWK

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	Vergrote meetonzekerheid	Opmerkingen	Locatie
PV	Druk en vacuüm				
PV.01	Gasdruk				
PV.01.02	Overdruk	0 Pa – 5890 Pa	0,25 Pa – 0,6 Pa	Directe vergelijking met een watermanometer	RWK
FG	Gas stroming				
FG.01	Debiet				

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 186**

van **Acin Instrumenten B.V.**
Kalibratie

Deze bijlage is geldig van: **13-05-2026** tot **01-12-2027** Vervangt bijlage d.d.: **15-08-2024**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	Vergrote meetonzekerheid	Opmerkingen	Locatie
FG.01.02	Volume debiet	10 m^3/h – 1400 m^3/h	0,04·*Q* m^3/h, met een minimum van 3 m^3/h	Q = aangeboden luchthoeveelheid, toevoer en afvoer Vergelijking met een aangeboden luchthoeveelheid, bepaald uit het gemeten drukverschil over gekalibreerde meetschijven	RWK

Opmerking
Vergrote meetonzekerheid: aangetoonde laagst mogelijke meetonzekerheid die beschikbaar is voor klanten onder normale omstandigheden, met dekkingswaarschijnlijkheid van 95 %, in een gegeven meetpunt of meetbereik. De meetonzekerheid, *U*, wordt berekend overeenkomstig EA-4/02 M "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration".