Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 187**

van **Raditeq B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **22-05-2025** tot **01-06-2029** Vervangt bijlage d.d.: **n.v.t.**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Vijzelmolenlaan 3
3447GX
Woerden
Nederland

Locatie	Afkorting
Vijzelmolenlaan 3 3447GX Woerden Nederland	WDN

HCS code	Meetgrootheid, Meetgebied	Frequentie	CMC[1]	Opmerkingen	Locatie
RF 0 0	Hoogfrequent grootheden				
RF 5 0	Elektromagnetische grootheden / EMC				WDN
	Elektrische Veldsterkte 20 V/m	9 kHz – 950 MHz	1,4 dB	GTEM-CEL, transferstandaard-methode EN 61000-4-3	
		1000 MHz – 40 GHz	1,4 dB	Anechoïsche kamer, transferstandaard-methode EN 61000-4-3	
	Lineariteit van het Elektrisch veld 6 V/m +/- 6 dB 20 V/m +/- 6 dB	1 MHz en 100 MHz	0,15 dB	GTEM-CEL EN 61000-4-3	

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

[1] Calibration and Measurement Capability (CMC): Aangetoonde meetonzekerheid, met dekkingswaarschijnlijkheid van 95%, in een gegeven meetpunt of meetgebied. De meetonzekerheid, *U,* wordt berekend overeenkomstig EA-4/02 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration".