Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 190**

van **Dow Benelux B.V.**
Afdeling ECO CHEMOLAB

Deze bijlage is geldig van: **21-05-2026** tot **01-08-2030** Vervangt bijlage d.d.: **20-03-2024**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Herbert H. Dowweg 5
4541 NM
Hoek
Nederland

Locatie	Afkorting
Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Nederland	HO
Mobiele locatie (meetwagen)	MoLo

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
		Emissiemetingen		
1.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van de homogeniteit (meetvlakbeoordeling) ten behoeve van alle op deze scope genoemde bemonsteringen en testen	07.10 ECO SOP NEN-EN 15259	HO MoLo
		Cluster: Gasvormig (an)organisch		

[1] Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 190**

van **Dow Benelux B.V.**
Afdeling ECO CHEMOLAB

Deze bijlage is geldig van: **21-05-2026** tot **01-08-2030** Vervangt bijlage d.d.: **20-03-2024**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
2.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan stikstofoxiden (NOx) en zuurstof (O2); chemoluminescentie en paramagnetisme (inclusief bijbehorende monstername)	07.10 ECO S NEN-EN 14792 en NEN-EN 14789	HO MoLo
3.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan CO; NDIR (inclusief bijbehorende monstername)	07.10 ECO NEN-EN 15058	HO MoLo
4.		Het bepalen van het gehalte aan CxHy; vlam ionisatiedetectie (FID) (inclusief bijbehorende monsterneming)	L3D 07.10 ACE NOx NEN-EN 12619	MoLo
5.		Het bepalen van het gehalte aan waterdamp; gravimetrie	L3D_07.10_ACE NEN-EN 14790	MoLo