Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 426**

Van **Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD) Cluster Sociaal, Afdeling Leefomgeving, Team Luchtkwaliteit**

Deze bijlage is geldig van: **12-08-2026** tot **01-09-2029** Vervangt bijlage d.d.: **19-06-2025**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT
Amsterdam
Nederland

Locatie	Afkorting
Hoofdlocatie Nieuwe Achtergracht 100 1018 WT Amsterdam Nederland	AMS
Op locatie	O-AMS

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
Monsterneming				
a.	Buitenlucht	Het nemen van monsters ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan stikstofdioxide (NO_2); continue diffusieve bemonstering (diffusiebuisjes)	MMK-W-021 NEN-EN 16339:2013	AMS O-AMS

[1] Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 426**

van **Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD) Cluster Sociaal, Afdeling Leefomgeving, Team Luchtkwaliteit**

Deze bijlage is geldig van: **12-08-2026** tot **01-09-2029** Vervangt bijlage d.d.: **19-06-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
		Luchtimmissiemetingen		
		Cluster: Fijnstof		
1.	Buitenlucht	Het bepalen van het gehalte aan PM2,5 en PM10 aërosol; low volume EU standaard methode, gravimetrie (inclusief continue bemonstering)	MMK-W-001 NEN-EN 12341 / NEN 8019	AMS O-AMS
2.		Het bepalen van de massa van onbeladen en beladen filters; microbalans; gravimetrie	MMK-W-007 NEN-EN 12341 / NEN 8019	AMS
3.		Het bepalen van het gehalte aan (PM2,5 en PM10) stof (monitoring); radiometrie (verzwakking van beta-straling) (inclusief continue bemonstering)	MMK-W-012 NEN-EN 16450	AMS O-AMS
4.		Het bepalen van het gehalte aan PM2,5 en PM10 stof (monitoring); optische aërosolspectrometrie (inclusief continue bemonstering)	MMK-W-022 NEN-EN 16450	AMS O-AMS
5.		Het bepalen van het gehalte aan black carbon (monitoring); multi angle absorptie photometrie (inclusief continue bemonstering)	MMK-W-018 Eigen methode	AMS O-AMS
		Cluster: Gasvormig anorganisch		
6.	Buitenlucht	Het bepalen van het gehalte aan zwaveldioxide (SO_2) (monitoring); UV-fluorescentie (inclusief continue bemonstering)	MMK-W-003 NEN-EN 14212:2012	AMS O-AMS
7.		Het bepalen van het gehalte aan stikstofoxiden (NO en NO_2) (monitoring); chemiluminescentie (inclusief continue bemonstering)	MMK-W-004 NEN-EN 14211:2012	AMS O-AMS

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 426**

van **Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD) Cluster Sociaal, Afdeling Leefomgeving, Team Luchtkwaliteit**

Deze bijlage is geldig van: **12-08-2026** tot **01-09-2029** Vervangt bijlage d.d.: **19-06-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
8.	Buitenlucht	Het bepalen van het gehalte aan ozon (O_3) (monitoring); UV-absorptie spectrometrie (inclusief continue bemonstering)	MMK-W-005 NEN-EN 14625:2012	AMS O-AMS
9.		Het bepalen van het gehalte aan koolmonoxide (CO) (monitoring); IR-gasfiltercorrelatie (inclusief continue bemonstering)	MMK-W-006 NEN-EN 14626:2012	AMS O-AMS
10.		Het bepalen van het gehalte aan stikstofdioxide (NO_2); spectrometrie (diffusiebuisjes)	MMK-W-020 NEN-EN 16339:2013	AMS
		Cluster: Gasvormig organisch		
11.	Buitenlucht	Het bepalen van het gehalte aan benzeen (monitoring); in-situ gaschromatografie (inclusief continue bemonstering)	MMK-W-015 NEN-EN 14662-3	AMS O-AMS